
ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN PÚBLICA SC-IP-004-2026

“INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR – PRIMERA CONVOCATORIA”

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, a horas 10:00 del día 06 de abril del año 2026, se realizó la reunión de aclaración **de la Invitación Pública SC-IP-004-2026 Primera Convocatoria**.

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

PRESENCIAL:

- Lic. Genni Hiza Rojas
- Ing. Wendy Oropeza Ríos

VÍA ZOOM:

- Lic. Fátima Jiménez
- Ing. Hernan Adrián

CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 01/04/2026 hasta Hrs. 16:00, vía correo electrónico, a las direcciones: wendy.oropeza@csbp.com.bo y genni.hiza@csbp.com.bo.

Al respecto, se debe señalar que se recibió consultas del proveedor KODENTAL BOLIVIANA SRL a hrs. 14:43 pm del 01/04/2025, mismas que se detallan a continuación:

KODENTAL BOLIVIANA SRL

Consulta 1: Lote 3, Artículo 4: El título indica “Pinza para biopsia” más en las especificaciones técnicas indica “cureta para endometria uterina”, ¿solicitamos aclaración con respecto a este ítem ya que no queda claro que instrumental estaría solicitando?

RESPUESTA

Se solicita una **pinza para biopsia**, se realizara la enmienda al Pliego de Condiciones en las especificaciones técnicas del lote, de la siguiente forma:

DICE:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Cureta para endometrial uterina
Tipo Alexander de 24 cm
Material descartable

DEBE DECIR:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Pinza para biopsia endometrial - uterina
pinza tischlerp
Parte Activa de 2.3 x 4.2mm para Recolecciones Pequeñas
Mango de agarre con anillo grande o mejor
material acero inoxidable

24 cms de longitud de la punta hasta el eje

Al encontrarse presentes vía Zoom un proponente, se le cede la palabra para que realicen sus consultas:

KODENTAL BOLIVIANA SRL

Consulta 1: ¿Se puede ofertar instrumental reutilizable, ya que solicita descartable?.

Respuesta: Si, se puede, se acepta la sugerencia y se realizará una enmienda al Pliego con esta aclaración.

Consulta 2: ¿Se puede alargar el tiempo de entrega a 30 días para los lotes 2, 3 y 4?

Respuesta: Para los lotes 2 y 3 si se acepta la sugerencia para el lote 4, no es posible. Se realizarán enmiendas al Pliego en los lotes 2 y 3, ampliando el plazo de entrega a 30 días.

Consulta 3: Sobre el tema de Garantías, ¿se puede presentar boletas de garantía en vez de garantías a primer requerimiento?.

Respuesta: No es posible, se debe presentar Garantías a primer requerimiento, tanto de seriedad de propuesta, como de cumplimiento de contrato (cuando sea necesario), con las características descritas en el Pliego de condiciones.

Al no existir más consultas, se da por concluido el acto denominado Reunión de Aclaración a horas **10:20 a.m.** del mismo día.

6 de abril de 2026



Lid. Patricia Jimenez Jimenez
RESPONSABLE DE SUMINISTRO Y SERVICIO
C.B.P.



Lic. Genni Hiza Rojas
RESPONSABLE DE COMPRAS
CSBP-SCZ



Hernan Adrian Burgos
TEC EQUIPOS MEDICOS
C.B.P.



Wendy Oropeza
ANALISTA DE COMPRAS
CSBP-SCZ