

---

## ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

---

### INVITACIÓN PÚBLICA SC-IP-004-2026

#### “INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR – SEGUNDA CONVOCATORIA”

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, a horas 10:00 del día 11 de mayo del año 2026, se realizó la reunión de aclaración **de la Invitación Pública SC-IP-004-2026 Segunda Convocatoria**.

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

#### **PRESENCIAL:**

- Lic. Genni Hiza Rojas
- Ing. Wendy Oropeza Ríos

#### **VÍA ZOOM:**

- Lic. Fátima Jiménez
- Ing. Hernan Adrián

#### **CONSULTAS ESCRITAS**

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 07/05/2026 hasta Hrs. 16:00, vía correo electrónico, al respecto, se debe señalar que se recibieron las siguientes consultas:

#### **CONSULTAS IMEXCOMED**

##### **CONSULTA 1**

Para el **ítem 18: Cánula de punción**, se solicita que el producto sea desarmable en cuatro (4) partes. Al respecto, solicitamos se permita el cambio de dicha característica a: Presentación de dicho ítem en una sola pieza (cánula convencional), ya que esta configuración cumple adecuadamente con los estándares de uso y funcionalidad de equipos

##### **RESPUESTA**

Se acepta el requerimiento y se hará la enmienda respectiva.

#### **CONSULTAS SALUR SRL**

##### **CONSULTA 1**

Para el **ítem 28: PINZA RECTA FINA**, ¿el diámetro de 2,5mm es aplicable únicamente a esta pinza?, o ¿puede ser opcional de acuerdo a los ángulos que solicitan? debido a que los diámetros varían según el diseño ángulo de cada pinza.

##### **RESPUESTA**

Se acepta la sugerencia,

Dice: punta recta, 5,5 mm x 2,5 mm

Debe decir: Para punta recta 5,5 mm x 2,5 mm y para las dos puntas angulada de 5,5 mm x diámetro angulado de acuerdo a cada pinza, se realizará la enmienda respectiva.

##### **CONSULTA 2**

Así también, solicitamos respetuosamente que los márgenes sean más amplios, debido a que este tipo de pinzas con medida de 5,5mm por lo general son pinzas anatómicas para el menisco, si bien son izquierdas y derechas no presentan un ángulo, más bien son denominadas pinzas anatómicas izquierda y derecha.

##### **RESPUESTA**

Se acepta la sugerencia,

Dice: Deben ser: 1 pinza recta, 1 pinza 30° derecha y 1 pinza 30° izquierda  
Debe decir: Deben ser: 1 pinza recta, 1 pinza a la derecha y 1 pinza a la izquierda

### **CONSULTAS KODENTAL**

#### **CONSULTA 1**

Para todos los ítems, solicitamos se considere una ampliación en el tiempo de entrega de 15 días a al menos 30 días hábiles de tiempo de entrega.

#### **RESPUESTA**

No es posible ampliar los plazos, por la necesidad de contar con el instrumental.

#### **CONSULTA 2**

Para el ítem 10 "Material descartable", ¿se puede ofertar para este punto: "Material descartable o reutilizable"?

#### **RESPUESTA**

Se acepta la sugerencia, se realizará la enmienda respectiva.

#### **CONSULTA 3**

Para el ítem 17: **ÓPTICA DE 30º**; se pide: "Tamaño 10 mm diam., 330 mm", solicitamos se pueda ampliar el rango de longitud entre +/- 20 mm.

#### **RESPUESTA**

No se acepta la sugerencia debido a q es una longitud estándar requerido por cirugía

#### **CONSULTA 4**

Para el ÍTEM 18: **CÁNULA DE PUNCIÓN**; se pide: "Diámetro de trabajo de 5mm y longitud 310mm", y en el mismo punto solicitan "Desarmable en 4 partes"; solicitamos se pueda ampliar el rango de longitud entre +/- 8 mm, y con respecto al segundo punto favor indicar a que se refieren con esta solicitud?

#### **RESPUESTA**

No se acepta la sugerencia de la longitud debido a que es una longitud estándar y requerida por cirugía. Asimismo, la segunda parte será retirada de las especificaciones. Se realizará la enmienda respectiva.

#### **CONSULTA 5**

Para el ÍTEM 20: **FIBRA ÓPTICA**; se pide: "Diámetro de Haz de Fibras 3 mm" y "Conexión rápida de precisión "snap-on" del endoscopio con el cable de fibra óptica", solicitamos se pueda ampliar el rango de diámetro entre +/- 5 mm y con respecto al segundo punto, si nos pueden indicar el endoscopio con el que se usara para determinar la compatibilidad y los adaptadores requeridos.

#### **RESPUESTA**

No se acepta la sugerencia, ya que es el diámetro estándar y requerido por cirugía. Y la compatibilidad debe ser para equipos de la marca Richard Wolf.

#### **CONSULTA 5**

Para los ÍTEMS 13, 14 Y 16, favor indicar si requieren con cable de conexión monopolar, y en caso de requerir, indicar la terminación requerida.

#### **RESPUESTA**

Si se requiere con conexión monopolar con la terminación tipo banana convencional

Al encontrarse presentes proponentes vía Zoom, se le cede la palabra para que realicen sus consultas:

### **SALUR SRL**

#### **Consulta 1:**

En el Pliego de condiciones, solicitan una Garantía de seriedad de propuesta, por el 1% del importe ofertado, ¿el cálculo es sobre el importe total ofertado?

**Respuesta:** Si, la Garantía de seriedad de propuesta debe ser por el 1% del importe total ofertado.

**Consulta 2:**

En el ítem 20: Fibra óptica, solicitan una longitud y diámetro muy específicos, ¿se podría abrir el término a “de acuerdo a fabricante”?

**Respuesta:** Se realizará la enmienda ampliando tanto la longitud como el diámetro, incluyendo el término “o mayor” en ambos requisitos.

**BIOTECNO LTDA**

**Consulta 1:**

En el Pliego de condiciones, para el ítem 16: TIJERA LAPAROSCÓPICA, solicitan una longitud de 310 mm, y notamos que para otros ítem solicitan una longitud de 330 mm, al respecto, sugerimos puedan uniformar la longitud a 330 mm.

**Respuesta:** Se acepta la sugerencia, se realizará la enmienda respectiva, cambiando el término a “330 mm o mayor”.

**Consulta 2:**

Para los ítems 19: CÁNULA DE ASPIRACIÓN y 17: ÒPTICA 30°, sugerimos considerar cambiar la longitud de 330 mm a “de acuerdo a fabricante”.

**Respuesta:** Tomando en cuenta que la longitud mínima requerida es de 330 mm, se cambiará el término a "330 mm o mayor" para ambos ítems.

**Consulta 3:**

Para el ítem 18: CÁNULA DE PUNSIÓN, solicitan una punta distal de diámetro 2 mm; sugerimos considerar modificar el diámetro a 1,8 mm.

**Respuesta:** No se acepta a sugerencia, ya que es requerimiento del servicio.

Al no existir más consultas, se da por concluido el acto denominado Reunión de Aclaración a horas 10:27 a.m. del mismo día.

11 de mayo de 2026



Lic. Fátima Jiménez  
RESPONSABLE DE COMPRAS  
CSBP-SCZ



Ing. Herman Adrian Burgos  
TÉC EQUIPOS MÉDICOS  
CSBP



Lic. Genni Hiza Rojas  
RESPONSABLE DE COMPRAS  
CSBP-SCZ



Lic. Wendy Orpella  
ANALISTA DE COMPRAS  
CSBP-SCZ